



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΝΑΥΠΛΙΟ 31-03-2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2303.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας- Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου συνήλθαν οι κάτωθι:

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΜΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
3. ΚΟΪΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

που αποτελούν την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 38°/29-11-2021 (θέμα 43°) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας.

Η επιτροπή σε εφαρμογή της ανωτέρας απόφασης, καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές για διαγωνιστικές διαδικασίες στο γραφείο προμηθειών, ως κάτωθι:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1-3.

Βραχιόλια Ταυτοποίησης.

Στο βραχιόλι να μπορούν να αναγραφούν α) τρία ολόκληρα ονόματα, δηλ. Όνομα Πατρώνυμο Επώνυμο, β) Αριθμός Μητρώου Ασθενούς του Νοσοκομείου, γ) ημερομηνία γέννησης του ασθενούς .

Νεογέννητα μωρά: α) μπλε βραχιόλι για αγόρια. β) ροζ βραχιόλι για τα κορίτσια.

Όλα τα Βραχιόλια Ταυτοποίησης πρέπει να είναι αδιάβροχα και φιλικά προς το δέρμα.

Το Βραχιόλι Ταυτοποίησης πρέπει να ασφαλίζει κατά την τοποθέτηση του πολύ καλά και δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ σφιχτό ούτε πολύ χαλαρό στον καρπό του ασθενούς .

4.

ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ/ ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ MEDIUM

- a. ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - MEDIUM – .
- b. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ.
- c. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΒΙΔΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.
- d. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ
- e. ΤΟ ΠΡΟΣΘΙΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΝΕΟ

5.

Ενδοτραχειακοί σωλήνες απλοί με cuff, μιας χρήσεως αποστειρωμένοι, ατραυματικοί με αποστρογγυλεμένο άκρο, να μην τσακίζουν εύκολα, για στοματική και ρινική εφαρμογή.Νούμερο: Νο 8,5.

Να είναι Latex free,DEHP Free

Γενικά.

- Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς.
- Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση CE.Οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένα αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιημένο Οργανισμό.
- Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτήν της παραγωγής.
- Οι συμμετέχοντες να:
 - υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.
 - δηλώσουν τον Κοινοποιημένο Οργανισμό για τον έλεγχο ποιότητας CE, καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης που έχει χορηγηθεί στον Κοινοποιημένο Οργανισμό από την επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 - Να κατατεθεί με την προσφορά ΔΕΙΓΜΑ, όπου απαιτείται, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του δ/μού.
- Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.
- Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.
- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος :
 - A. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας
 - B. την εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους
 - Γ. την συσκευασία
 - Δ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ

Η προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της στα ελληνικά δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/ έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την τήρηση όλων των διαδικασιών ή σε πιθανή ανάκληση/ απόσυρση προϊόντος ή μετά από συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» από τον χρήστη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΪΝΗ ΕΙΡΗΝΗ