



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/01/2024  
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 617

**ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ**

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας μέχρι την Τρίτη 23/01/2024 και ώρα 10:00πμ, για την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	Παρατηρητήριο τιμών
1	Πλάκα κλειδούμενη ανατομική προκυρτωμένη	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	40.10.35
2	Κλειδουμενες βίδες απο Ti	ΤΕΜΑΧΙΟ	6	35.3.14
3	Βίδες τιτανίου	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	40.4.22
4	Οδηγός	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	40.5.29

Τεχνικές προδιαγραφές για το είδος 1

Πλάκα κλειδούμενη ανατομική προκυρτωμένη μικρής επεμβατικότητας για πηχεοκαρπική από ανοδιώμενο τιτάνιο με δυνατότητα τοποθέτησης πολυαξονικά κλειδούμενη η απλών βιδών με εύρος γωνίας +/- 15 μοιρών . Να διατίθεται σε δύο τύπους από 3 μεγέθη, 3 οπών, 5 οπών και 8 οπών. Να δέχεται βίδα τιτανίου 2,7mm κλειδούμενου και απλού τύπου. Να διαθέτει ειδική υποδοχή στο τμήμα της κεφαλής της πλάκας για χρήση σταθεροποιητικών k-wires.

για την κάλυψη των αναγκών του χειρουργείου της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου.

CPV: 33141700-7 ΚΑΕ: 1313α

Η τιμή να δίδεται ανά Τεμάχιο και ο ΦΠΑ να αναγράφεται χωριστά.

Να διατίθεται το είδος ετοιμοπαράδοτο.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν σήμανση CE, το οποίο θα αναγράφεται στην προσφορά σας.

Οι τιμές των υλικών στις προσφορές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν αυτές που υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ. Στην προσφορά να αναγράφεται τον α/α του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ αν υπάρχει.

Σε περίπτωση που στην προσφορά σας αναγράφεται ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ θα καταθέσετε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Για περισσότερες διευκρινήσεις, και αποστολή προσφορών στα email:

izouroufidis@gnn.gov.gr

george.neofotistos@gnn.gov.gr

Η Διοικητική Διευθύντρια  
της Νοσ. Μονάδας Ναυπλίου  
ΜΑΡΙΑ ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ