



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/03/2024
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2490

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας μέχρι την 29/03/2024 ώρα 11:00, για την προμήθεια του είδους:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ
1	Ηλεκτρόδιο εξάχνωσης ιστών τύπου coblation, για επεμβάσεις αμυγδαλεκτομής/αδενотоμήs	ΤΕΜΑΧΙΟ	5

για την κάλυψη των αναγκών του χειρουργείου της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου.

CPV: 33141200-2 ΚΑΕ:1311α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να είναι ομοαξονικό διπολικό ηλεκτρόδιο ραδιοσυχνότητας (RF) με συχνότητα λειτουργίας 100kHz, χαμηλής θερμοκρασίας, με ταυτόχρονη δημιουργία πλάσματος που προκαλεί υποβλεννογόνια εξάχνωση των κυτταρικών μεμβρανών, για αποφυγή καταστροφής παρακείμενων ιστών
2. Να έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξάχνωση μαλακού ιστού και αιμόσταση των αιμοφόρων αγγείων σε χειρουργικές επεμβάσεις αμυγδαλεκτομής/αδενотоμήs.
3. Να έχει εξωτερική διάμετρο 6,0mm και η άκρη του να είναι κωνική
4. Το μήκος του ηλεκτροδίου να είναι 110mm
5. Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα πλύσης, διπολική διαθερμία και αναρρόφηση
6. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία μίας χρήσεως.
7. Να λειτουργεί με μονάδα ελέγχου τεχνολογίας συμβατή με συχνότητα λειτουργίας 100kHz, τάσης 0-300Vrms και θερμοκρασία λειτουργίας 40 – 70°C.

Η τιμή να δίδεται ανά Τεμάχιο και ο ΦΠΑ να αναγράφεται χωριστά.

Να διατίθεται το είδος ετοιμοπαράδοτο.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν σήμανση CE, το οποίο θα αναγράφεται στην προσφορά σας.

Οι τιμές των υλικών στις προσφορές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν αυτές που υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ. Στην προσφορά να αναγράφεται τον α/α του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ αν υπάρχει.

Σε περίπτωση που στην προσφορά σας αναγράφεται ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ θα καταθέσετε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Για περισσότερες διευκρινήσεις, και αποστολή προσφορών στα email:

izouroufidis@gnn.gov.gr

george.neofotistos@gnn.gov.gr

Η Προϊσταμένη Οικονομικού
της Νοσ.Μονάδας Ναυπλίου

Η Διοικητική Διευθύντρια
της Νοσ.Μονάδας Ναυπλίου

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ