



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΝΑΥΠΛΙΟ 29-03-2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:2298

## ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΟΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας- Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου συνήλθαν οι κάτωθι:

1. ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
3. ΔΑΓΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

που αποτελούν την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 38°/29-11-2021 (θέμα 43°) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας.

Η επιτροπή σε εφαρμογή της ανωτέρας απόφασης, καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές για διαγωνιστικές διαδικασίες στο γραφείο προμηθειών, ως κάτωθι:

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**Ποδιές ακτινοπροστασίας σε σετ δύο τεμαχίων (φούστα/μπλούζα) για τους εργαζόμενους στο χώρο του ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου.  
Η μπλούζα με προστασία θυρεοειδούς.**

1. Προστασία ισοδύναμη μολύβδου με 0,50 mm Pb μπροστά και 0,25 mm Pb πίσω.
2. Οι ποδιές τύπου φούστα / μπλούζα να είναι κατασκευασμένες από μη μολυβδόχο υλικό (οικολογικά υλικά).
3. Η εξωτερική επιφάνεια της ποδιάς να είναι επιστρωμένη με υλικό εύκολα καθαριζόμενο.
4. Μέγεθος ενήλικων και να καλύπτουν τους σωματότυπους των εργαζομένων.
5. Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία του κατασκευαστή οίκου ή έγκριτου οργανισμού για την παρεχόμενη ακτινοπροστασία και αξιοπιστία του κατασκευαστή οίκου.
6. Η εξωτερική επιφάνεια των ποδιών να διαθέτει υλικό μη υδατοπερατό, εύκολα και γρήγορα καθαριζόμενο, χωρίς ν' απορροφούνται ουσίες που θα τις λερώσουν.
7. Να επισυνάπτεται με την προσφορά το πιστοποιητικό βάρους των υλικών που χρησιμοποιούνται στην ακτινοπροστατευτική θωράκιση.

8. Οι συμμετέχοντες να έχουν πιστοποίηση ISO για ακτινοπροστασία και ο κατασκευαστής οίκος πιστοποιητικά ISO και CE mark. Αντίγραφα όλων να κατατεθούν με την προσφορά.

9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής του.

10. Να παρέχεται εγγύηση κατ' ελάχιστο 24 μηνών για την ποιότητα της κατασκευής τους.

#### Γενικά.

Η προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της στα ελληνικά δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/ έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την τήρηση όλων των διαδικασιών ή σε πιθανή ανάκληση/ απόσυρση προϊόντος ή μετά από συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» από τον χρήστη.

#### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΔΑΓΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ