

## Τεχνικές Προδιαγραφές

### Είδος 1

**Σετ διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου για επεμβάσεις παρωτιδεκτομής, τραχήλου και ωτοχειρουργικές αποτελούμενο από:**

**A. Σετ ηλεκτροδίων τοποθετούμενων υποδορίως στον ασθενή για διεγχειρητική παρακολούθηση κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου, το οποίο:**

- να αποτελείται από **δύο (2) δικάναλα** και **δύο (2) μονοκάναλα** ηλεκτρόδια.
- να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης εργοστασιακά αποστειρωμένη.

**B. εύκαμπτο μονοπολικό στυλεό νευροδιέγερσης κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου ο οποίος:**

- να είναι **μονοπολικός**, με πολύ λεπτό **ατραυματικό άκρο** διαμέτρου περίπου **0,5mm**, για να είναι δυνατός ο εντοπισμός, ερεθισμός, η «χαρτογράφηση» και παρακολούθηση την πορείας του προσωπικού νεύρου και των κλάδων του εντός του χειρουργικού πεδίου και πριν την πλήρη παρασκευή του νεύρου
  - να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης εργοστασιακά αποστειρωμένη.
- Τα προσφερόμενα είδη (ηλεκτρόδια, στυλεός κλπ) να είναι **όλα του ίδιου οίκου** για την μεγιστοποίηση της συμβατότητας.
  - Τα παραπάνω να παρέχονται **με το συνοδό τους εξοπλισμό ο οποίος να είναι του ίδιου οίκου** και να αποδεικνύεται ότι είναι επαρκώς λογισμικά ενημερωμένος.
  - Το **μηχάνημα** του συνοδού εξοπλισμού (του ίδιου οίκου) **να παρέχει προειδοποιητική ένδειξη όταν τα ηλεκτρόδια δεν είναι τοποθετημένα μέσα στα προβλεπόμενα πλαίσια** προλαμβάνοντας τη λάθος τοποθέτηση τους και τις λάθος ενδείξεις.
  - Η εταιρία να δύναται να διαθέτει **μονοπολική λαβίδα dissecter με ενσωματωμένο ηλεκτρόδιο** διέγερσης.
  - Το συνοδό μηχάνημα νευροδιέγερσης να:
    - Αναγνωρίζει μηχανικά , ηλεκτρικά και θερμικά ερεθίσματα του νεύρου.
    - Συνεργάζεται με αγωγίμες φρέζες για διοχέτευση ρεύματος διέγερσης στο πεδίο.
    - Δύναται να συνδεθεί με νευροδιεγέρτη ο οποίος φέρει κομβίο αυξομείωσης του διοχετευομένου ρεύματος και αποτύπωση καταγραφής από το αποστειρωμένο πεδίο.

- Διαθέτει χρωματική διαφοροποίηση των ψευδών σημάτων από τα ηλεκτρομυογραφικά σήματα του νεύρου.
- Διαθέτει δυνατότητα διακοπόμενου περιοδικού έλεγχου του νεύρου μέσω ειδικού λογισμικού και γραφήματος συγχρόνως με την νευροπαρακολούθηση.
- Να διατίθεται **δείγμα και manuals του σετ ηλεκτροδίων και του στυλεού**, καθώς και **manuals του συνοδού εξοπλισμού** στα **Ελληνικά**.
- Να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης CE.
- Να διαθέτει διακήρυξη συμμόρφωσης του οίκου κατασκευής.
- Να διατίθεται έγκυρη επιστημονική βιβλιογραφία για τη χρήση του σετ και του συστήματος σε επεμβάσεις παρωτιδεκτομών και προσωπικού νεύρου.
- Η υποστήριξη του μηχανήματος να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό εκπαιδευμένο στον κατασκευαστικό οίκο και με πιστοποίηση ΣΥΔΝΟΧ.

## **Είδος 2**

Στήριγμα εντέρου για μετεγχειρητικούς σάκους με δυνατότητα κοπής τουλάχιστον 105mm σε ατομική συσκευασία.

Τα στηρικτικά εντέρου πρέπει να είναι επίπεδα για να μην τραυματίζουν το δέρμα λόγω της παραμονής τους. Να έχουν ασφαλές κλείσιμο και να έχουν οπές για την σταθεροποίησή του στο δέρμα.