

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.Επιθέματα υδροκαθαριστικά υπεραπορροφητικά με άργυρο από πολυακρυλικές ίνες,οι οποίες υδρολύουν, απορροφούν και δεσμεύουν τις ημίρρευστες νεκρώσεις.Εμποτισμένα με βαζελίνη για ατραυματική αφαίρεση και με άργυρο για αντιμικροβιακή δράση. Για καθαρισμό ελκών με υγρή νέκρωση και λοίμωξη.Μη κολλητικά. Διαστάσεις 15cmX15cm περίπου.

2.Επιθέματα αφρώδη αποστειρωμένα κολλητικά, πολουρεθάνης, εμποτισμένα με αντιμικροβιακό παράγοντα PHMB (πολυεξανίδη)σε περιεκτικότητα 0,8-1,1%, ομοιογενώς κατανομημένο. Το αφρώδες τμήμα αποτελείται από τρία στρώματα.α)Εξωτερικό αδιάβροχο επικάλυμμα που επιτρέπει την εξάτμιση της υγρασίας,β)στρώμα αφρώδους πολουρεθάνης για την απορρόφηση και διαχείριση υψηλού εξιδρώματος,γ)μη κολλητικό διάτρητο στρώμα επαφής από σιλικόνη για ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Διαστάσεις 15cmX15cm περίπου.

3.Αποστειρωμένο σπρέι εναιωρήματος,για τοπική χρήση με νατριούχο άλας υαλουρονικού οξέος 0,25% χαμηλού μοριακού βάρους με μεταλλικό άργυρο, βιταμίνη E και άμυλο.Χωρίς βενζαλκόνιο και διοξείδιο του τιτανίου.Συσκ 125ml

4.Μη κολλητική αποστειρωμένη, απολυμαντική, υδρόφιλη γάζα εμποτισμένη με φυτικά εκχυλίσματα 10cmx10cm περίπου.Να μην περιέχει αργυρό και Αργυρούχο σουλφαδιαζίνη.Η κάθε γάζα να είναι συσκευασμένη χωριστά.

5.Επιθέματα από πολυεστερικό πλέγμα εμποτισμένα με παραφίνη/βαζελίνη,με προσθήκη υδροκολλοειδούς και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη.10cmX10cm περίπου.

6.Επιθέματα από πολυεστερικό πλέγμα εμποτισμένα με παραφίνη/βαζελίνη,με προσθήκη υδροκολλοειδούς και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη.15cmX15cm περίπου.

7.ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 11,5 cm X 8,5 cm +/-1cm.

### Γενικά.

- Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς.
- Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.
- Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται:
  - η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.
  - Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής
  - Υλικό κατασκευής
  - Μέγεθος
  - Η ένδειξη « ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» και ο τρόπος αποστείρωσης
  - Αριθμός παρτίδας
  - Σήμανση CE
- Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ.
- Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003)

Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.

- Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτήν της παραγωγής.
- Να κατατεθεί με την προσφορά ΔΕΙΓΜΑ όπου απαιτείται, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του δ/μού.
- Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

-Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

-Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος :

A. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας

B. την εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους

Γ. την συσκευασία

Δ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ

Η προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της στα ελληνικά δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/ έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την τήρηση όλων των διαδικασιών ή σε πιθανή ανάκληση/ απόσυρση προϊόντος ή μετά από συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» από τον χρήστη.