

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΜΠΡΑΤΣΟΥ

- Να είναι από μεταλλικό μίγμα αλουμινίου ο σκελετός του μανομέτρου και να έχει μονό αεροσωλήνα στην περιχειρίδα.
- Η περιχειρίδα να είναι κατασκευασμένη (εξωτερική επένδυση) με ύφασμα χονδρό ,σταθερό, καλής ποιότητας , πλενόμενη και επίσης να είναι αυτοκόλλητη .
- Να έχει λαστιχένιο πουάρ για φούσκωμα του μανομέτρου.
- Να περιέχει μεταλλική ανθεκτική βαλβίδα.
- Να έχει εργονομικό σχεδιασμό επενδυμένο με ανοξείδωτο ατσάλι.
- Να έχει σαμπρέλα φουσκώματος μονής εξόδου.
- Να έχει εύκολο ξεφούσκωμα από την βαλβίδα με απλή κίνηση.
- Να έχει μικροφίλτρα τα οποία να προστατεύουν την διέλευση του αέρα στην βαλβίδα κατά την διάρκεια της μέτρησης.
- Να περιέχει ειδικό μελετημένο διάγραμμα οθόνης σύμφωνα με την στήλη υδραργύρου.
- Να περιέχει διάγραμμα ενδείξεων οθόνης μανομέτρου από 0 έως 300 mmHg.
- Να προσφέρεται με περιχειρίδες Medium , Large και X Large.
- Η ακρίβεια μέτρησης του πιεσόμετρου να είναι  $\pm 3$  mmHg.
- Να αντικαθίστανται τα ελαττωματικά.
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 2 έτη.
- Η συσκευή να διαθέτει CE.