

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΡΑΓΜΟ 100X230 cm

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟ , ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΡΑΓΜΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100 X 230 CM ΠΕΡΙΠΟΥ , ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 5sec , ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ . ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΑΤΕΞ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ , ΜΕΡΙΚΩΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ , ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΥΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ . ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ .

Να κατατεθεί δείγμα.

2.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΥΟ 80X145 cm

διαστάσεων τουλάχιστον 80X145 περίπου, μ.χ., να είναι δύο ή τριών στρωμάτων, να μην είναι διαπερατά από υγρασία & βακτηρίδια, να έχουν απορροφητική ικανότητα, να είναι αποστειρωμένα ανά τεμάχιο, να αναγράφουν ημερομηνία αποστείρωσης & λήξης.

3.ΘΗΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΙΠΛΕΣ 38 X 43 cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ

4.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ

5.ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΑ: ΑΠΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΑΤ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.

6.ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΑΠΛΑ (Μ. Χ.) ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ - ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΛ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΣΕΠΗ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΜΙΣΟΥ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΛ.

7.ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤ. ΜΕ ΠΙΕΤΑ 100X100mm

Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.

- Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό οι οποίοι να βρίσκονται μεταξύ τους σε απόσταση μικρότερη από 15cm.
- Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί χωρίς να σκίζεται το χαρτί εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια από έξω προς τα μέσα.
- Οι μάρτυρες να έχουν έντονη χρωματική μεταβολή και να είναι τοποθετημένοι στην μπροστινή πλευρά του ρολού.
- Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική
- Η διαφανής πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική και να μη συρρικνώνεται μετά τον κλιβανισμό.
- Η πλαστική συγκολλητική επιφάνεια να είναι μεγίστης αντοχής ώστε να μην ανοίγει στην πίεση του βάρους των εργαλείων.
- Να έχει πολλαπλή θερμοσυγκόλληση πλάτους >10mm ανθεκτική σε συνθήκες κλιβάνου.

8.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 200X250cm

Μη αυτοκόλλητα χειρουργικά πεδία, αποστειρωμένα μιας χρήσεως, τριών φύλλων, με αδιάβροχο υπόστρωμα, διάσταση 200X250cm.

α) Να είναι αποστειρωμένα, 3 στρωμάτων σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία. β) Να διατηρούν την επιφάνεια εργασίας στεγνή και καθαρή, γ) Να απορροφούν γρήγορα και να εγκλωβίζουν τους κυτταροστατικούς παράγοντες που πιθανόν να χυθούν.

9.ΓΑΖΑ 10X10cm 8PLY ΑΠΛΗ

επιθέματα γάζας αλλαγών από φυσικό βαμβάκι 100% σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμοκοποιίας.

18+/-2κλωστές / cm². Σε πακέτα των 100 γαζών. Μεγέθη 10cm x 10cm. 8 αναδιπλώσεων.

10.ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ

Κυκλοτερή οφθαλμικά επιθέματα αποστειρωμένα.

11.ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ Νο 7,5

μιας χρήσεως αποστειρωμένοι, ατραυματικοί με αποστρογγυλεμένο άκρο, να μην τσακίζουν εύκολα, για στοματική και ρινική εφαρμογή. Να είναι Latex free, DEHP Free.

12.ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 600ml ΤΥΠΟΥ REDOVAC no 12

- Ο θάλαμος συλλογής να είναι σταθερός, περιεκτικότητας 600cc, υψηλού κενού.
- Να διαθέτει βαλβίδα μη επιστροφής.
- Να είναι διάφανος, διαβαθμισμένος με δυνατότητα δημιουργίας κενού.
- Εκτός του θαλάμου συλλογής, το set πρέπει να περιέχει συνδετικό σωλήνα μήκους 120εκ. περίπου από PVC ώστε να μην τσακίζει, με σύνδεση ασφάλειας luer lock, καθετήρα παροχέτευσης ακτινοσκοπικό με οπές ch16 και βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι με κυρτό άκρο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

-Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, στην τεχνική προσφορά πιστοποιητικό καταλληλότητας CE MARK των προϊόντων που προσφέρουν, από πιστοποιημένο οργανισμό & ISO κατασκευαστή (επίσημα μεταφρασμένα, στην Ελληνική γλώσσα)

-Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

-Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος : Α. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας, Β. την εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους Γ. την συσκευασία , Δ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ.,

Η προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της στα ελληνικά δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/ έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την τήρηση όλων των διαδικασιών ή σε πιθανή ανάκληση/ απόσυρση προϊόντος ή μετά από συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» από τον χρήστη.