

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Βίντεο –λαρυγγοσκόπιο κατάλληλο για δύσκολη διασωλήνωση ασθενών (Ενηλίκων και παιδών).
2. Να διατίθεται , σε ενιαία φορητή συσκευή και να συνδυάζει τα οφέλη της άμεσης λαρυγγοσκόπησης και βίντεο λαρυγγοσκόπησης.
3. Να είναι μικρού μεγέθους και βάρους μικρότερου των 250γραμμαρίων.
4. Να φέρει ενσωματωμένη πηγή φωτισμού τεχνολογίας LED. Να διαθέτει έγχρωμη όθονη.
5. Να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου , με δυνατότητα αυτονομίας χρήσης πάνω από 230 λεπτά .
6. Να δέχεται αποστειρωμένες λάμες μιας χρήσης όλων των μεγεθών για ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Να μη προσαρμόζεται ο συμβατικός τραχειοσωλήνας επάνω στις λάμες μιας χρήσης.
7. Να δέχεται αποστειρωμένες ειδικές λάμες μιας χρήσης για εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις διασωλήνωσης.
8. Όλες οι λεπίδες να είναι αποστειρωμένες και ατραυματικές.

ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

-Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, στην τεχνική προσφορά πιστοποιητικό καταλληλότητας CE MARK των προϊόντων που προσφέρουν, από πιστοποιημένο οργανισμό & ISO κατασκευαστή (επίσημα μεταφρασμένα, στην Ελληνική γλώσσα)

-Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

-Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος : Α. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας Β. την εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους Γ. την συσκευασία . τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ

Η προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της στα ελληνικά δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/ έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την τήρηση όλων των διαδικασιών ή σε πιθανή ανάκληση/ απόσυρση προϊόντος ή μετά από συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» από τον χρήστη.