

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΕΛΟΥ

Προδιαγραφές :

- α) Ένα μέγεθος, ώστε να ταιριάζει σε όλες τις διαστάσεις του ανθρώπινου σώματος
- β) Κατάλληλες για λήψη ακτινογραφιών και για χρήση σε αξονικό τομογράφο
- γ) Κατάλληλες για επαναλαμβανόμενη χρήση
- δ) Να καθαρίζεται με απλά απορρυπαντικά και αντί-μικροβιακό διάλυμα

Η τιμή να δίδεται ανά Τεμάχιο και ο ΦΠΑ να αναγράφεται χωριστά.

Να διατίθεται το είδος ετοιμοπαράδοτο.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν σήμανση CE, το οποίο θα αναγράφεται στην προσφορά σας.

Οι τιμές των υλικών στις προσφορές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν αυτές που υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ.

Στην προσφορά να αναγράφεται τον α/α του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ αν υπάρχει.

Σε περίπτωση που στην προσφορά σας αναγράφεται ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ θα καταθέσετε σχετική υπεύθυνη δήλωση.