

Τεχνικές Προδιαγραφές

Επιτοίχια συσκευή - βάση (Dispenser) 1 λίτρου, αυτόματης δοσομέτρησης, για διανομή αντισηπτικών ή υγρών καθαρισμού χεριών, που λειτουργεί με μπαταρίες.

Με ανθεκτικό μεταλλικό κλιβανιζόμενο σκελετό ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις εντονότερες καταπονήσεις και να ικανοποιήσει τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και βραχίονα για χρήση σε περίπτωση εξάντλησης των μπαταριών ή βλάβης του αυτόματου συστήματος χορήγησης.

Να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

- Αυτόματη χορήγηση με φωτοκύτταρο.
- Αξιόπιστο, ανθεκτικό μεταλλικό δοσομετρητή.
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση, όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα να μπορούν να κλιβανιστούν.
- Εύκολη εγκατάσταση, ακόμη και σε περιορισμένο χώρο μακριά από παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Να είναι συμβατή με όλα τα είδη τυποποιημένης φιάλης Eurobottle 1000ml.
- Εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση φιάλης.
- Ευκολία χειρισμού και καθαρισμού.
- Ρυθμιζόμενη δόση (0,75 -1,5ml σε κάθε δόση).
- Συσκευασία που περιέχει όλα τα εξαρτήματα τοποθέτησης, μπαταρίες, οδηγίες τοποθέτησης και οδηγίες χρήσης.
- Το κάλυμμα να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό σε διάβρωση και σε καταπονήσεις ανοδιωμένο αλουμίνιο χρώματος ασημί ματ.
- Τα πλαίσια, η αντλία και ο μοχλός χορήγησης να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι V2A+.
- Η πίσω πλάκα στήριξης να είναι από πολυαμίδιο (PA) και το κάλυμμα της αντλίας από πολυοξυμεθυλένιο (POM), υλικά ανθεκτικά σε καταπονήσεις και σε διάβρωση από αλκοόλες.
- Όλα τα υλικά να είναι ελεγμένα για συμβατότητα με τρόφιμα.

- **Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών**

ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

-Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

-Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, στην τεχνική προσφορά πιστοποιητικό καταλληλότητας CE MARK των προϊόντων που προσφέρουν, από πιστοποιημένο οργανισμό & ISO κατασκευαστή (επίσημα μεταφρασμένα, στην Ελληνική γλώσσα)

-Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

-Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος :

A. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας

B. την εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους

Γ. την συσκευασία

Δ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ

-Η προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της στα ελληνικά δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/ έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την τήρηση όλων των διαδικασιών ή σε πιθανή ανάκληση/ απόσυρση προϊόντος ή μετά από συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» από τον χρήστη.