

ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1) Φορείο μεταβλητού ύψους, κατασκευασμένο από ισχυρό χαλύβδινο σωλήνα αβαλ διατομής, να έχει υποστεί αντισκωριακή επεξεργασία και να είναι βαμμένο με εποξειδική βαφή.
- 2) Να είναι ικανό να αντέξει βάρος ασθενή έως και 220kg τουλάχιστον.
- 3) Η επιφάνεια κατάκλισης να υποδιαιρείται σε τρία(3) τμήματα. Το επίπεδο πλάτης να κινείται με μηχανισμό αερίου σε γωνία μέχρι 80° περίπου και σε καμία περίπτωση με σκαλιέρα για την καλύτερη εργονομία του προσωπικού.
- 4) Να διαθέτει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους από 60cm έως 90cm τουλάχιστον.
- 5) ο σκελετός του φορείου να συνοδεύεται με δύο (2) περιστρεφόμενες βάσεις στήριξης στατώ ορού που να επιτρέπουν την αυξομείωση του ύψους.
- 6) Περιμετρικά να φέρει προσκρουστήρα, για την αποφυγή των εκδορών.
- 7) Να φέρει ανακλινόμενα πλευρικά προστατευτικά κάγκελα, με αυτόματο σύστημα Σταθεροποίησης.
- 8) Να συνοδεύετε με:
 - Στρώμα πάχους 80mm τουλάχιστον, με πλενόμενο κάλυμμα και από
 - Στατώ ορού με δύο (2) άγκιστρα.
 - Θήκη στήριξης φιάλης οξυγόνου.
 -
- 9) Στην βάση του σκελετού στηρίξεως να φέρει κάλυμμα για την προστασία των μηχανικών μερών.

- 10) Να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 200mm περίπου, με σύστημα ταυτόχρονης πέδησης και σύστημα κατεύθυνσης.
- 11) Συνολικές διαστάσεις 200cm x 75cm περίπου.
- 12) Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών δέκα (10) έτη.
- 13) Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).
- 14) Η προμηθεύτρια εταιρία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).
- 15) Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 13485 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).