



ΝΑΥΠΛΙΟ 28-04-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ**

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας- Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου συνήλθαν οι κάτωθι:

1. ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
3. ΖΟΥΡΟΥΦΙΔΗΣ ΙΦΙΚΡΑΤΗΣ

που αποτελούν την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για **Χειρουργικά Αναλώσιμα**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 40/06-12-2022 (θέμα 47<sup>ο</sup>) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας.

Η επιτροπή σε εφαρμογή της ανωτέρας απόφασης, καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές για διαγωνιστικές διαδικασίες στο γραφείο προμηθειών, ως κάτωθι:

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1-2 ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCK no 25G & 26G

3-9 Πλαστικά δοχεία μιας χρήσης για μεταφορά χειρουργικών παρασκευασμάτων με πιεστό πώμα ανθεκτικά στη φορμόλη και στο υδροχλωρικό οξύ, θα πρέπει να σφραγίζουν πολύ καλά, ώστε να μην υπάρχουν διαρροές από το πώμα. Σε διάφορα μεγέθη 30, 180, 250, 500, 1500, 2500 ml.

10-13 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΑΡΝ. ΠΙΕΣΗΣ 600ml ΤΥΠΟΥ REDOVAC no 10, 12, 14, 16

- Ο θάλαμος συλλογής να είναι σταθερός, περιεκτικότητας 600cc, υψηλού κενού.
- Να διαθέτει βαλβίδα μη επιστροφής.
- Να είναι διάφανος, διαβαθμισμένος με δυνατότητα δημιουργίας κενού.
- Εκτός του θαλάμου συλλογής, το set πρέπει να περιέχει συνδετικό σωλήνα μήκους 120εκ. περίπου από PVC ώστε να μην τσακίζει, με σύνδεση ασφάλειας luer lock, καθετήρα

παροχέτευσης ακτινοσκιερό με οπές ch16 και βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι με κυρτό άκρο.

14 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΤΥΠΟΥ PAMPERS 90X180 cm.

Μιας χρήσης, άριστης στεγανότητας και απορροφητικότητας. Τριών στρωμάτων:

1. Το επάνω μέρος να είναι υποαλλεργικό (non woven), φιλικό στο δέρμα και να διατηρεί την επιδερμίδα στεγνή.
2. Ο πυρήνας να είναι υπεραπορροφητικός.
3. Το κάτω μέρος να είναι ανθεκτικό από αδιάβροχη αντιολισθητική μεμβράνη, που δεν επιτέπει τη διαφυγή της υγρασίας.

15-16 ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ No 2 & 3

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ.

ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΚΡΟ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.

17 ΝΥΣΤΕΡΙΑ (ΛΑΜΕΣ) ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ NO 11

- Να είναι κατασκευασμένες από υλικό αντοχής.
- Οι λεπίδες να κόβουν τους ιστούς εύκολα καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης.

18 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ NO 12.

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ

- Να είναι κατασκευασμένες από υλικό αντοχής.
- Οι λεπίδες να κόβουν τους ιστούς εύκολα καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης.
- Να έχουν εύχρηστη λαβή

19 Καθετήρες γυναικών μίας χρήσης, αποστειρωμένοι, CH 14/18cm

Καθετήρες κύστης τύπου NELATON από PVC γυναικών. Να είναι ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, διαφανείς, κλειστού άκρου με δύο πλαινές οπές και να έχουν κυλινδρική κεφαλή. Να προσφερθούν σε μεγέθη 14 Fr μήκους 18cm. Να είναι LATEX free και DEHP free μ.χ αποστειρωμένο

20 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΑΦ

Ενδοτραχειακοί σωλήνες απλοί με cuff, μιας χρήσεως αποστειρωμένοι, ατραυματικοί με αποστρογγυλεμένο άκρο, να μην τσακίζουν εύκολα, για στοματική και ρινική εφαρμογή. Νούμερο: No 8.

Να είναι Latex free, DEHP Free

21-23 ΓΑΣΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN CH 8, 10 & 20

ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΗΚΟΥΣ 120 CM ΠΕΡΙΠΟΥ.

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ Ο ΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ.

ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ.

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ.

ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΟΠΩΝ.

Γενικά.

**ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΟΠΟΥ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΝΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ**

- Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς.
- Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.
- Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται:
  - η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.
  - Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής
  - Υλικό κατασκευής
  - Μέγεθος
  - Η ένδειξη « ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ » και ο τρόπος αποστείρωσης
  - Αριθμός παρτίδας
  - Σήμανση CE
- Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ.
- Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003)

Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.

- Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών .

- Να κατατεθεί με την προσφορά ΔΕΙΓΜΑ όπου απαιτείται, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του δ/μού.

- Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

- Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος :

Α. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας

Β. την εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους

Γ. την συσκευασία

Δ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ

Η προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της στα ελληνικά δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/ έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την τήρηση όλων των διαδικασιών ή σε πιθανή ανάκληση/ απόσυρση προϊόντος ή μετά από συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» από τον χρήστη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΖΟΥΡΟΥΦΙΔΗΣ ΙΦΙΚΡΑΤΗΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  
ΑΜΚΑ: 53077204227  
ΓΕΝ. ΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  
ΜΕΣΟΓΕΙΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ