

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
2. Να κατατεθεί πιστοποιητικό ανάλυσης του μετάλλου από τον κατασκευαστικό οίκο πρωτότυπο ή επίσημα επικυρωμένο.
Τελικό φινίρισμα εργαλείων MAT.
3. Τα εργαλεία να φέρουν :
 - Κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με του καταλόγου εργαλείων του ίδιου εργοστασίου.
 - Το εργοστάσιο κατασκευής
 - Την επωνυμία της προσφέρουσας εταιρείας
 - Τον αριθμό σειράς (serial number)
 - CE MARK

▶ Τα ανωτέρω στοιχεία να είναι και επί των δειγμάτων επί ποινή απόρριψης.

▶ Θα αξιολογηθεί θετικά εάν υπάρχει ειδική μήτρα επί του εργαλείου καταχώρισης δεδομένων μέσω Η/Υ με προοπτική την ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη παρακολούθηση των χειρουργικών εργαλείων & τη σύγχρονη οργάνωση της Κεντρικής Αποστείρωσης.
4. Να υπάρχει συμφωνία μεγεθών κι αιτουμένων ειδών με τα προσφερόμενα. Να αναγράφεται η σελίδα του επίσημου καταλόγου του εργοστασίου, που εικονίζεται ο προσφερόμενος κωδικός του εργαλείου.
5. Να κατατεθεί πρωτότυπος κατάλογος εργοστασίου, εάν δεν υπάρχει ήδη στο Νοσοκομείο.
6. Να μην προσφερθούν εργαλεία συγκεντρωτικών οίκων ή οίκων RELABEL, αλλά μόνον του εργοστασίου κατασκευής.
7. Εγγύηση εργαλείων 10 έτη. Να κατατεθεί ανάλυση εγγύησης του Προμηθευτή και του ίδιου του εργοστασίου.

8. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά :

- ISO εργοστασίου κατασκευής
- ISO προμηθεύτριας εταιρείας για εμπορία & τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων
- Χώρας κατασκευής από το ίδιο το εργοστάσιο
- ISO εργοστασίου πρώτης ύλης κατασκευής των χειρουργικών εργαλείων
- CE πιστοποίηση χειρουργικών εργαλείων

Όλα τα ανωτέρω να είναι πρωτότυπα ή επίσημα επικυρωμένα.

8. Να υπάρχει δυνατότητα της εταιρείας για άμεση συντήρηση των εργαλείων με αποδεδειγμένη τεχνική υπηρεσία επί ποινής απόρριψης.

9. Δείγματα