


Τεχνική προδιαγραφή για το

α/α 12



Καθετήρας για πρόσβαση σε κερκιδική αρτηρία 20 G και μήκους 48 mm από PTFE που διαθέτει διακόπτη ροής με ON-OFF και χρωματική σήμανση ενδεικτική της αρτηριακής γραμμής (κόκκινη). Ο καθετήρας να έχει αντοχή στο τσάκισμα-σπάσιμο ώστε να μη τραυματίζει την αρτηρία και να μη χρειάζεται επανατοποθέτηση (μείωση κόστους).

Το υλικό του καθετήρα θα πρέπει να είναι (PVC και DEHP) free και να αναγράφεται στο εσώκλειστο της συσκευασίας.

Το συνολικού μήκος της συσκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10,5cm για λόγους ευκολίας εισαγωγής στην αρτηρία.

Κ.Π 23.6.2.7 ΤΙΜΗ 19,4€