

1/2 Βλασιμης  
Κος Α. Βλασιμης  
ΔΔΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡ. 5528

ΗΜΕΡΟΛ. 16/09/2019

ΤΜΗΜΑ

Σε συνέχεια της υπαρ αριθμ 3100 της 28-5-2019 αιτησής μου περί προμήθειας ενός  
HOLTER ρυθμού, σας ενημερώνω ότι τα αναγκαία χαρακτηριστικά του είναι

- 1) Καταγραφή 3 απαγωγών
- 2) Θήκη μεταφοράς
- 3) Συμβατότητα WINDOWS XP PROF
- 4) Κάλυψη SERVICE και ανταλλακτικών
- 5) Δυνατότητα ANTI JAMMING ΚΑΙ ASEISMATIC
- 6) Οθόνη OLED
- 7) Λειτουργίες επισκόπησης κυματομορφής, συνολικής καταγραφής και  
επισήμανσης συμβάντων
- 8) USB θύρα
- 9) Εύχρηστη ανάλυση των καταγραφών
- 10) Στιγμιαία εκτύπωση συμβάντος και συνολική εκτύπωση των προεπιλεγμένων  
καταγραφών του 24ώρου
- 11) Ανάλυση ST
- 12) HRT ανάλυση

16 Σεπτεμβρίου 2019

Μετά τιμής

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΦΑΒΑΤΑΣ  
ΕΠΙΜ. Α. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  
ΑΜ: 93202 - ΑΜΚΑ: 10046905578