

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ

- 1) Να είναι κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση.
- 2) Να διαθέτει την δυνατότητα παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού του εμβρύου σε μονή και σε δίδυμη κύηση, μέσω εξωτερικών ανιχνευτών. Να διαθέτει την δυνατότητα παρακολούθησης των συσπάσεων της μήτρας. Τα ηλεκτρόδια (FHR και US) να είναι αδιάβροχα.
- 3) Να διαθέτει αυτόματο ανιχνευτή της κίνησης του εμβρύου ή των εμβρύων.
- 4) Να διαθέτει εξωτερικό χειροκίνητο σημειωτή επεισοδίων.
- 5) Να λειτουργεί με την τάση δικτύου (220–240 Volt/50 Hz) και με ενσωματωμένη μπαταρία για τουλάχιστον 1 ώρα.
- 6) Να διαθέτει θύρα USB για εύκολη μεταφορά δεδομένων σε εξωτερική μνήμη.
- 7) Να διαθέτει θύρα ethernet για σύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου (HIS).
- 8) Να διαθέτει ανακλινόμενη οθόνη LCD τουλάχιστον 5,5" για την απεικόνιση:
 - των καρδιακών ρυθμών του εμβρύου ή των εμβρύων με τις αντίστοιχες κυματομορφές. Σε περίπτωση δίδυμης κύησης να μπορεί ο χρήστης να ρυθμίσει την απεικόνιση των κυματομορφών ώστε να αποφεύγεται η υπέρθεση τους,
 - της σύσπασης της μήτρας και την αντίστοιχη κυματομορφή.
 - διάφορα μηνύματα (κατάσταση μπαταρίας, ημερομηνία και ώρα, συναγερμοί, κτλ.).
- 9) Να διαθέτει ενσωματωμένο καταγραφικό θερμικού τύπου. Να εκτυπώνονται ο καρδιακός ρυθμός του εμβρύου ή των εμβρύων με τις αντίστοιχες κυματομορφές, η σύσπαση της μήτρας με την αντίστοιχη κυματομορφή, ημερομηνία και ώρα, ταχύτητα εκτύπωσης, κλπ. Ο καρδιοτοκογράφος να διαθέτει και επαρκή μνήμη ώστε να αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα σε περίπτωση εξάντλησης του χαρτιού εκτύπωσης. Να υπάρχει ένδειξη, οπτική και ηχητική, για το τέλος του χαρτιού.
- 10) Να καλύπτεται από τις προδιαγραφές IEC 60601-1-2 και IEC 60601-2-37.
- 11) Να φέρει σήμανση CE και ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ.
- 12) Ο οίκος κατασκευής των προσφερόμενων ειδών πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά EN ISO 9001 και ISO 13485.
- 13) Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 13485 και να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04.
- 14) Να χορηγείται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αρχόμενη από την τοποθέτηση και έλεγχο καλής λειτουργίας.
- 15) Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα - ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10ετής.
- 16) Η προσφορά να συνοδεύεται από:
 - τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή – εργοστασίου, που θα φαίνονται τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.

- φύλλο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες παραπομπές στο τεχνικό φυλλάδιο.
- βεβαιώσεις για τις προδιαγραφές – πιστοποιήσεις.
- στην οικονομική προσφορά, να αναφερθούν ενδεικτικές τιμές των ανταλλακτικών ηλεκτροδίων. Επίσης, να αναφερθούν δυνατές αναβαθμίσεις και το κόστος αυτών.

ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

-Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, στην τεχνική προσφορά πιστοποιητικό καταλληλότητας CE MARK των προϊόντων που προσφέρουν, από πιστοποιημένο οργανισμό & ISO κατασκευαστή (επίσημα μεταφρασμένα, στην Ελληνική γλώσσα)

-Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

-Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος : Α. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας Β. την εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους Γ. την συσκευασία Δ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ