

1.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΛΕ(ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ -ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ -ΒΕΛΟΝΑ) 16 CH(REDOVAC Η'ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)

Παροχτεύσεις REDOVAC No 16 αποστειρωμένες.

- Ο θάλαμος συλλογής να είναι **σταθερός**, περιεκτικότητας 600cc, υψηλού κενού.
- Να διαθέτει βαλβίδα μη επιστροφής.
- Να είναι διάφανος, διαβαθμισμένος με δυνατότητα δημιουργίας κενού.
- Εκτός του θαλάμου συλλογής, το set πρέπει να περιέχει συνδετικό σωλήνα μήκους 120εκ. περίπου από PVC ώστε να μην τσακίζει, με σύνδεση ασφάλειας luer lock, καθετήρα παροχέτευσης ακτινοσκιερό με σπές ch16 και βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι με κυρτό άκρο.

2.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

1. Το ρύγχος διάτρησης να είναι κατάλληλο για το τρύπημα της φιάλης ως προς τη σκληρότητα και τηνκωνικότητα.
- 2.το φίλτρο να έχει πόρους 200-270 Μ και διηθητική επιφάνεια τουλάχιστον 15CM².
- 3.Να φέρει ρυθμιστή τύπου Adelberg iv και να είναι ανοικτός.
- 4.Το μήκος της συσκευής (χωρίς τον σταγονοθάλαμο να είναι τουλάχιστον 200εκ., να φέρει σύνδεση Luer lock καθώς και Flash ball latex.
- 5.Να αναγράφει τις οδηγίες χρήσης και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στη ελληνική γλώσσα (παρτίδα,ημερομηνία αποστείρωσης κ.λ.π.)
- 6.Θα πρέπει να υπάρχει απόσταση όχι μικρότερη από 40MM ανάμεσα στο τέλος του σωλήνα και στην έξοδο του θαλάμου ή απόσταση όχι μικρότερη από 20MM ανάμεσα στο σωλήνα και το φίλτρο.
- 7.Το τοίχωμα του σταγονοθαλάμου δεν θα πρέπει να πλησιάζει περισσότερο από 5MM το τέλος του σωλήνα.

3.ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ NO11

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ

- Να είναι κατασκευασμένες από υλικό αντοχής.
- Οι λεπίδες να κόβουν τους ιστούς εύκολα καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης.
- Να έχουν εύχρηστη λαβή

4.ΑΛΟΥΜΙΝΟΝΕΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1LT

Διάλυμα αλουμινίου έτοιμο για νοσοκομειακή χρήση σε συσκευασία 1lt.

5.ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ No 00 ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ

Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί (τύπου Guedel) υψηλής ποιότητας,ατραυματικοί, αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως μέγεθος 4cm κατάλληλοι για νεογνά.

6.ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10cmX4m

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΦΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤ. 10cm X4m

ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΑΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ.

ΣΥΝΘΕΣΗ:ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ.

ΕΚΤΑΚΤΟΤΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 120%.

7.ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ LATEX No32 (ΤΥΠΟΥ PEZZER)

Καθετήρας τύπου Pezzet, από μαλακό ελαστικό και latex.Μιας χρήσεως, αποστειρωμένοι.

8.ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Μ.Χ. No18

Μιας χρήσεως αποστειρωμένοι.

Γενικά.

- Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς.
- Με την προσφορά να κατατίθενται εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των προσφερομένων προϊόντων .
- Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.
- Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται:
 - η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.
 - Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής
 - Υλικό κατασκευής
 - Μέγεθος
 - Η ένδειξη « ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» και ο τρόπος αποστείρωσης
 - Αριθμός παρτίδας
 - Σήμανση CE
- Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ.
- Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003)

Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.