



6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΚ 21100
Δ/νση Διοικητικού
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Προμηθειών
Πληρ/ίες: Αρετή Σιαβελή
ΤΗΛ. 27523 61139
Email: areti.siaveli@gnn.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣ :
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση για τον Διαγωνισμό προμήθειας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» της Ν.Μ. Ναυπλίου (Αρ. Διακ. 22/2023 – 23PROC013812476) σχετικά με τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές για τον Διαγωνισμό προμήθειας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» της Ν.Μ. Ναυπλίου (Αρ. Διακ. 22/2023 – 23PROC013812476) είναι οι παρακάτω:

Τεχνικές Προδιαγραφές
Ξενοδοχειακός εξοπλισμός για τη Ν.Μ. Ναυπλίου

1) ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ

Το κομοδίνο θα είναι κατάλληλο για νοσοκομεία θα είναι κατασκευασμένο από υλικά και βαφές υψηλής αντοχής καταπονήσεων και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες, θα προσφέρει άνεση και ασφάλεια στον ασθενή και το ιατρικό προσωπικό κατά τη χρήση του και πρέπει να καθαρίζεται εύκολα χωρίς να φθείρεται.

Ελάχιστα χαρακτηριστικά:

1. Οι διαστάσεις του να είναι 55 x 50 x 90 (μήκος x πλάτος x ύψος) σε εκατοστά (cm) με ανεκτή απόκλιση ± 3 cm το πολύ.
2. Ο σκελετός του να είναι μεταλλικός, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή.
3. Να είναι διπλής όψεως για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές του.
4. Η άνω επιφάνεια του κομοδίνου (καπάκι) να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό υλικό ABS με περιμετρικό γείσο για συγκράτηση των υγρών.
5. Να διαθέτει ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα κατασκευασμένη από συνδυασμό θερμοπλαστικού και φαινοπλαστικού υλικού με μορφή που να δημιουργεί γείσο με τα αυτά υλικά από τις τρεις πλευρές και χειρολαβή χειρισμού στην τέταρτη πλευρά.
6. Ο μηχανισμός της τραπεζοτουαλέτας να είναι αρθρωτός ισχυρής κατασκευής και να φέρει την τραπεζοτουαλέτα παράλληλα με την μια πλευρά του κομοδίνου όταν δεν χρησιμοποιείται για εξοικονόμηση χώρου.
7. Ο σκελετός του μηχανισμού να είναι από ανοξείδωτη σωλήνα (από υλικό κατάλληλο για ιατρική χρήση) με ενδεικτικό τύπο 18/8 (304) διαμέτρου $\varnothing 25 \times 1,5$ mm. Επιπρόσθετα να φέρει δεύτερο μηχανισμό ανοξείδωτο (από υλικό κατάλληλο για ιατρική χρήση) με ενδεικτικό τύπο 18/8 (304) που κατά το κλείσιμο της τραπεζοτουαλέτας να προστατεύει το κομοδίνο και τον ίδιο τον μηχανισμό από το βάρος που έχει η τραπεζοτουαλέτα, ώστε να την υποχρεώνει να επιβραδύνει το κλείσιμό της για αποφυγή φθοράς. Να έχει δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους της από 80 έως 110cm περίπου για να διευκολύνει την εστίαση του εκάστοτε ασθενούς.

8. Η τραπεζοτουαλέτα να μπορεί να λάβει πλάγια κλίση (TILT) με εύχρηστο τρόπο (όχι βίδα) ώστε να μετατρέπεται σε αναλόγιο γραφής ή ανάγνωσης.
9. Η τραπεζοτουαλέτα να έχει διαστάσεις 60 x 35 cm περίπου και όταν δεν χρησιμοποιείται να μην εξέχει του μεταλλικού σκελετού.
10. Το κομοδίνο να διαθέτει συρτάρι διπλής όψης με χειρολαβή αλουμινίου και από τις δύο όψεις για μεγαλύτερη αντοχή και εσωτερική πλαστική θήκη για τοποθέτηση αντικειμένων, φαρμάκων κλπ
11. Η πλαστική θήκη του συρταριού να προσθαφαιρείται εύκολα για καθαρισμό.
12. Να διαθέτει ντουλάπι με εσωτερικό προσθαφαιρούμενο ράφι.
13. Μεταξύ ντουλαπιού και συρταριού να υπάρχει κενό για τοποθέτηση διάφορων αντικειμένων τα οποία χρειάζεται να είναι ευκόλως προσβάσιμα.
14. Να διαθέτει στη μία πλευρά χειρολαβή ώθησης η οποία θα χρησιμοποιείται και ως πετσετοκρεμάστρα.
15. Να διαθέτει 4 περιστρεφόμενους διπλούς τροχούς πλαστικούς, διαμέτρου 50mm τουλάχιστον. Να είναι πρακτικοί, να διευκολύνουν τη μετακίνηση και την σταθερή χρήση του τραπέζιου.
16. Το κομοδίνο θα φέρει σήμανση CE

Προϋπολογισμός: 650,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ανά τεμάχιο

2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η κλίνη νοσηλείας ασθενών θα είναι κατάλληλη για νοσοκομεία θα είναι κατασκευασμένη από υλικά και βαφές υψηλής αντοχής καταπονήσεων και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες, θα προσφέρει άνεση και ασφάλεια στον ασθενή και το ιατρικό προσωπικό κατά τη χρήση του και πρέπει να καθαρίζεται εύκολα χωρίς να φθείρεται.

Ελάχιστα χαρακτηριστικά:

1. Να αποτελείται από τρία κινητά μέρη (πλάτη-γόνατα-πόδια) και ένα σταθερό (λεκάνη).
2. Οι εξωτερικές διαστάσεις της κλίνης να είναι 220 X 95cm περίπου. Οι διαστάσεις της επιφανείας ύπνου να είναι 200 X 90cm περίπου.
3. Η ανύψωση του ερεισίνωτου της πλάτης να γίνεται ηλεκτρικά. Η ανύψωση των γονάτων να γίνεται επίσης ηλεκτρικά. Η επιπλέον κίνηση του τμήματος των ποδιών να γίνεται με διπλή σκαλιέρα.
4. Ο σκελετός της κλίνης να είναι κατασκευασμένος από ατσάλινη σωλήνα οβάλ διατομής 50 x 30 x 2 mm τουλάχιστον
5. Να φέρει δύο θέσεις για στατώ ορών από την πλευρά της πλάτης με μηχανισμό BUTTON (όχι βίδα κλπ)
6. Η επιφάνεια κατάκλισης να επικαλύπτεται από πλαστικά τμήματα ευκόλως προσθαφαιρούμενα. Να φέρουν οπές αερισμού του στρώματος. Η κλίνη να φέρει πλευρικά στηρίγματα στήριξης του στρώματος.
7. Η μετώπη της κλίνης να είναι κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό, ευκόλως προσθαφαιρούμενο για καθαρισμό και απολύμανση.
8. Να εδράζεται σε 4 περιστρεφόμενους τροχούς διαστάσεων τουλάχιστον Ø 125 x 32 mm με ανεξάρτητο φρένο στον καθένα χωριστά.
9. Να διαθέτει 4 προσκρουστήρες στις 4 γωνίες του μεταλλικού σκελετού.
10. Η βαφή να είναι εποξική σε χρώμα σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.
11. Να περιλαμβάνει ζεύγος πλαϊνών προστατευτικών κάγκελων, υποχρεωτικά από κυκλικής διατομής χάλυβα για αποφυγή τραυματισμών, τα οποία θα είναι σπαστά στο πλάι της κλίνης χωρίς να εμποδίζουν την πρόσβαση του νοσηλευτικού προσωπικού και του ασθενή, με κουμπί ασφαλισής – απασφάλισης.
12. Να περιλαμβάνει στρώμα αφρώδους υλικού πάχους 12 εκ. με αδιάβροχο, αντιμικροβιακό, βραδύκαυστο, πλενόμενο κάλυμμα με φερμουάρ από τις τρεις πλευρές του για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση.

13. Η κλίνη θα φέρει σήμανση CE

Προϋπολογισμός: 1.750,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ανά τεμάχιο

Ε) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχειρίστα, πλήρη, πρόσφατα και αυθεντικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και να πληρούν όλα τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.
2. Οι κατασκευάστριες εταιρείες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και ISO 13485.
3. Όσες εταιρείες συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και δεν είναι οι ίδιες κατασκευαστές των ειδών αλλά διακινητές αυτών, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υπουργική Απόφαση Δ.Υ.8.δ/ΦΕΚ 1348.16.01.2004.
4. Θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη (με έναρξη τη χρονική στιγμή της παράδοσης) και διαβεβαίωση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα τονίζεται η υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα ελαττωματικά λόγω κατασκευής εξαρτήματα, μέρη ή παρελκόμενα. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη τρεις φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον λάθος χειρισμό της συσκευής), η συσκευή θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση αντικατάστασής της με άλλη καινούργια ιδίων χαρακτηριστικών τουλάχιστον. Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης αυτής, εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει τη συμβατική αξία της συσκευής και των παρελκόμενων της στο Νοσοκομείο.
5. Στη τιμή προϋπολογισμού περιλαμβάνεται η μεταφορά και η παράδοση στο χώρο του νοσοκομείου.

Συνολικά, η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:

- όλα τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus ή στοιχεία ιστοσελίδων κατασκευαστών με τα οποία αποδεικνύεται ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν το σύνολο των προδιαγραφών.
- Τα ζητούμενα πιστοποιητικά των ειδών και των προμηθευτών
- Την εγγύηση των παρεχόμενων συσκευών και των ανταλλακτικών
- Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι τα προσφερόμενα είδη τις καλύπτουν.
- Ενδεικτικό κατάλογο με τα συνήθη ανταλλακτικά των κλινών και των κομοδίνων (χειριστήρια, μοτέρ, ρόδες, καπάκια, χερούλια, κτλ) με τους κωδικούς και τις διαστάσεις τους για μελλοντική χρήση. Στον κατάλογο της τεχνικής προσφοράς δεν θα περιλαμβάνονται οι τιμές των ανταλλακτικών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ