

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συμπυκνωτής οξυγόνου 10 lt

- 1) Να λειτουργεί με την τάση δικτύου (230V 50Hz).
- 2) Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ροή οξυγόνου με μέγιστη ροή τα 10 lt/min.
- 3) Επίπεδο θορύβου μικρότερο των 55 db.
- 4) Συγκέντρωση οξυγόνου 93%, περίπου.
- 5) Να διαθέτει υγραντήρα και γυαλάκι οξυγόνου.
- 6) Να διαθέτει ηχητικό συναγερμό και φωτεινή ένδειξη όταν η συγκέντρωση οξυγόνου πέσει κάτω από 85%, περίπου (να είναι σταθερό το όριο συναγερμού, μεταξύ 82 και 85%).
- 7) Να διαθέτει βάρος μικρότερο από 30 Kg.
- 8) Να είναι τροχήλατος.
- 9) Να διαθέτει σήμανση CE και ταξινόμηση στη κατηγορία IIb (οδηγία 93/42/EEC).
- 10) Να καλύπτεται από τις προδιαγραφές EN IEC 60601-1-2:2014 και EN ISO 80601-2-69:2014.
- 11) Να καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών, τουλάχιστον.
- 12) Η κάλυψη σε εξαρτήματα - ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10ετής.
- 13) Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485.
- 14) Ο προμηθευτής να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8Δ/Γ.Π.ΟΙΚ/1348/2004.
- 15) Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485.
- 16) Η τεχνική-οικονομική προσφορά να συνοδεύεται από:
 - τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή – εργοστασίου, που θα φαίνονται τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του συμπυκνωτή.
 - φύλλο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες παραπομπές στο τεχνικό φυλλάδιο.
 - βεβαιώσεις για τις προδιαγραφές – πιστοποιήσεις.
 - ενδεικτικές τιμές για τα αναλώσιμα (φίλτρα, κλπ) που χρειάζονται για τη σωστή λειτουργία του συμπυκνωτή.

ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

-Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, στην τεχνική προσφορά πιστοποιητικό καταλληλότητας CE MARK των προϊόντων που προσφέρουν, από πιστοποιημένο οργανισμό & ISO κατασκευαστή (επίσημα μεταφρασμένα, στην Ελληνική γλώσσα)

-Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

-Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος : Α. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας Β. την εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους Γ. την συσκευασία Δ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ